REFLOTRON® *SYSTEM*

Ett system med Nordiska Referensintervall

ANALYT	REFERENSINTERVALL		PROVMATERIAL
	MAN	KVINNA	
Hemoglobin	134–170 g/L	117–153 g/L	Blod, Heparin-blod, EDTA-blod
Kalium	3,5–4,4 mmol/L		Heparin-Plasma, EDTA-Plasma
	3,6–4,6 mmol/L		Serum
Kolesterol	(18–30 år) 2,9–6,1 mmol/L		Heparin-plasma, EDTA-plasma, serum
	(31–50 år) 3,3–6,9 mmol/L		
	(> 50 år) 3,9–7,8 mmol/L		
Kreatinin	60–100 µmol/L	50–90 µmol/L	Heparin-plasma, EDTA-plasma, serum
Glukos	4,2–6,3 mmol/L		
Urat	230–480 µmol/L	155–350 µmol/L	
Urea	3,2–8,1 mmol/L	2,6–6,4 mmol/L	
Triglycerider	0,45–2,6 mmol/L		
Bilirubin	5-25 µmol/L		
HDL-kolesterol	0,8–2,1 mmol/L	1,0–2,7 mmol/L	
GGT	0,15–1,30 µkat/L	0,15–0,75 µkat/L	
CK	0,8–6,7 µkat/L	0,6–3,5 µkat/L	
ALAT	0,15–1,10 µkat/L	0,15–0,75 µkat/L	
ASAT	0,25–0,75 µkat/L	0,25–0,60 µkat/l	
ALP	0,6–1,8 µkat/L		
Amylas	0,4–2,0 µkat/L		
Pankreas-Amylas	0,15–1,10 µkat/L		

MILMEDTEK AB

Milmedtek AB
Idrottsvägen 10 B
370 24 Nättraby
Telefon 0455-33 27 70
Fax 0455-33 26 71
mail@milmedtek.se
www.milmedtek.se